
Orientační tabulky

1 Vyvolání negativu

Lázeň	Používaná chemie	Čas	Likvidace
Vývojka	Ilford ID-11, ředit destilkou 1:1	dle filmu	vylít do odpadu
Přerušovač	Dest. voda + kys. citronová	60s	vylít do odpadu
Ustalovač	Fomafix 1+5 (neg.) nalít rovnou z lahve	3-6 min.	nalít zpět do lahve
Praní	Temperovaná voda z kohoutku	cca 10-15 min.	vylévat do odpadu
Smáčedlo	Dest. voda + pár kapek smáčedla	cca 30s	vylít do odpadu

2 Vyvolání pozitivu

Lázeň	Dostupná chemie	Fomabrom	Ilford RC	Likvidace
Vývojka	Ilford Multigrade rovnou z lahve 1+9	2 min.	1 min.	Nalít zpět do lahve
Přerušovač	Čistá voda+kys. citronová	30 s.	30 s.	Vylít do odpadu
Ustalovač	Fomafix 1+5 (poz.) rovnou z lahve	3 min.	1,5 min.	Nalít zpět do lahve
Praní	Čistá voda	35 min.	2 min.	-

3 Korekce času dle teploty

